防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE111030

产品名称 Name of Product	气体探测器
型号及规格 Type of Product	PrimaX P
防爆标志 Marking	**Exdia [ia] II CT6**
技术文件 Technical Documents	Q/320500 INQ 24-2010
图 号 Drawing No.	APD0752700
备 注 Note (s)	1. 额定电压：DC24V。 2. 额定功耗：≤3W。 3. 外壳防护等级：IP66。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下中国现行标准：

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards currently valid in P. R.China:

GB3836.1-2000 GB3836.2-2000 GB3836.4-2000

发 给：
Issued to: 梅思安（中国）安全设备有限公司

本证失效日期：
Date of Expire: 2016-01-20

发 证 日 期：
Date of Issue: 2011-01-20

中心印章
Center seal

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心

中心主任
Director

本中心由以下组织认可：
PCEC has been approved by

CNAS IEC IECEx

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
Supervision & Test Center of Ex- products of China Petroleum & Chemical Industry

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。
Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址：中国天津市丁字沽三号路85号 邮政编码：300131 电话/传真：022-26651066 /26689116
Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131 Tel/ Fax: 022-26651066/26689116
E-mail:cec@pcec.com.cn http://www.pcec.com.cn