



# 防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号  
Certificate No. CE11. 2135

产品名称  
Name of Product  
型号及规格  
Type of Product  
防爆标志  
Marking  
技术文件  
Technical Documents  
图号  
Drawing No.  
备注  
Note (s)

单一气体检测仪

Altair Pro

Ex ia II C T4 Ga

Q/320500 INQ05-2011

10067666

1 产品采用 Panasonic CR2 3V 电池供电。  
2 产品外壳防护等级为 IP67。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下中国现行标准:

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards currently valid in P.R.China:

GB3836.1-2010 GB3836.4-2010

发给: 梅思安 (中国) 安全设备有限公司  
Issued to:

本证失效日期: 2016-09-20  
Date of Expire:

发证日期: 2011-09-20  
Date of Issue:

中心印章  
Center seal



中心主任  
Director

刘弘光

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心  
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

本中心由以下组织认可:  
PCEC has been approved by



注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: cec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

<http://www.pcec.com.cn>