



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE12.2001

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

便携式多种气体检测仪

Altair5X

Ex d ia II CT4 Gb / Ex ia II CT4 Ga

/

7-7153-1, 7-7154-1

1. 防爆标志为 Ex d ia II CT4 Gb 的检测仪带有可燃气传感器探头。
防爆标志为 Ex ia II CT4 Ga 的检测仪不带有可燃气传感器探头。
2. 产品外壳防护等级为 IP65。
3. 产品可采用以下电池供电：
 - a. 3 节 AA 1.5V 碱性电池（金霸王 MN1500 型或劲量 E91）；
 - b. 电池型号变更为松下、三洋 UR18650A 3.6V 2150mAh 电池。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准:

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards:

GB3836.1-2010

GB3836.4-2010

发给: 梅思安 (中国) 安全设备有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2017-01-06
Date of Expire:

发证日期: 2013-09-11
Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: cec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

http://www.pcec.com.cn