




防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	1000 Cranberry Woods Drive Cranberry Township PA 16066 United States of America Mine Safety Appliances Co.		
製造者	1000 Cranberry Woods Drive Cranberry Township PA 16066 United States of America Mine Safety Appliances Co.		
品名	マルチガス検知器（携帯用、拡散式）		
型式の名称	ALTAIR 4X		
防爆構造の種類	本体 本質安全防爆構造（i a） 可燃性ガスセンサ 耐圧防爆構造及び本質安全防爆構造（i a）		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	IICT4		
定格	電源 電池パック（Sony US503759A8H） DC3.7V 充電端子 許容電圧 DC6.7V 許容電流 1.7A 周囲温度 -40℃～+60℃		
使用条件	酸素濃度の測定においては空気と可燃性ガス又は蒸気及び毒性ガスとの混合物以外には使用しないこと。		
型式検定合格番号	第 TC20658 号		
有効期間	平成26年 5月 2日 から 平成29年 5月 1日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成26年 5月 2日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会長

