



中华人民共和国 制造计量器具许可证



(苏)制 05000199号 -1

生产场所：苏州工业园区瑞恩巷8号

(许可证到期三个月前，向本局申请复查换证)

梅思安（中国）安全设备有限公司

根据《中华人民共和国计量法》的规定，对你单位制造下列计量器具的生产条件、产品质量和计量法制管理考核合格，特发此证。

序号	计量器具名称	型号	规格	准确度
1	便携式一氧化碳 单一气体检测仪	ALTAIR PRO	测量范围： (0~1500) $\mu\text{mol/mol}$	最大允许误差： $\pm 5 \mu\text{mol/mol}$ 或者 $\pm 10\%$ ， 满足其一即可
2	便携式硫化氢 单一气体检测仪	ALTAIR PRO	测量范围： (0~200) $\mu\text{mol/mol}$	最大允许误差： $\pm 5\%FS$
3	可燃气体探测器	Ultima-XE	测量范围：0~100%LEL	最大允许误差： $\pm 5\%FS$
4	一氧化碳气体 探测器	Ultima-XE	测量范围： (0~1000) $\mu\text{mol/mol}$	最大允许误差： $\pm 5 \mu\text{mol/mol}$ 或者 $\pm 10\%$ ， 满足其一即可
5	硫化氢气体 探测器	Ultima-XE	测量范围： (0~100) $\mu\text{mol/mol}$	最大允许误差： $\pm 5 \mu\text{mol/mol}$
6	可燃气体探测器	Ultima-XIR	测量范围：0~100%LEL	最大允许误差： $\pm 5\%FS$

(以下空白)

发证单位 (盖章) :

发证日期 : 2015年04月16日

有效日期 : 2018年04月15日止

