CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 12.0061X

Página / Page

MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. Solicitante / Applicant

Avenida Roberto Gordon, 138 - Vila Nogueira - Diadema - SP - Brasil

CNPJ: 45.655.461/0001-30

MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. Fabricante / Manufacturer

Avenida Roberto Gordon, 138 - Vila Nogueira - Diadema - SP - Brasil

CNPJ: 45.655.461/0001-30

Local de Montagem / Assembly Location Não aplicável / Not applicable

> Não aplicável / Not applicable Importador / Importer Marca Comercial / Trademark Não aplicável / Not applicable

Produto Certificado / Certified Product **DETECTOR MULTIGÁS**

Multi Gas Detector

ALTAIR 5X Modelo / Model

Lote ou Número de Série / Lot or Serial Number Não aplicável / Not applicable

> Marcação / Marking Ex ia I Ma Ex ia IIC T* Ga

Ex d ia mb IIC T* Gb - 40 °C ≤ Ta ≤ + 50 °C

Ver Descrição do Equipamento para detalhes da marcação

See Equipment Description for marking details

ABNT NBR IEC 60079-0:2008 + Errata 1:2011 Normas Aplicáveis / Applicable Standards

ABNT NBR IEC 60079-1:2009 + Errata 1:2011

ABNT NBR IEC 60079-11:2009 ABNT NBR IFC 60079-18:2007

ABNT NBR IEC 60079-26:2008 + Errata 1:2009

ABNT NBR IEC 60079-29-1:2007

Portaria no. 179, de 18 de maio de 2010 do INMETRO. Programa de certificação ou Portaria /

INMETRO Portaria 179 as of May 18, 2010 Certification Program or Decree

Ostentar o Selo de Identificação da Conformidade do Sistema Brasileiro de Concessão Para / Concession for Avaliação da Conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste

certificado.

Bearing the Conformity Identification Seal of the Brazilian System of Conformity (SBAC) on the

product covered by this certificate.

Emissão / Date of issue 11 de abril de 2012 / April 11, 2012 Revisão / Revision date **07 de maio de 2015** / May 07, 2015 Validade / Expire date 10 de abril de 2018 / April 10, 2018

Carlos R. Zoboli Gerente de Certificações /

Certification Manager

UL do Brasil Certificações, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro No.: OCP-0029 confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s) e programas ou Portarias acima descritas.

UL do Brasil Certificações , Certification Body accredited by Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO - CGCRE according to the register No.: OCP-0029 confirms that the product is in compliance with the standards and certification Program or Decree above mentioned.





Organismo de Certificação /

UL do Brasil Certificações Certification Body

Rua Fidêncio Ramos, 195, 5° andar. 04551-010 - Vila Olímpia - São Paulo - SP - Brasil

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 12.0061X

Página / Page 2/6

MODELO DE CERTIFICAÇÃO / CERTIFICATION MODEL:

\boxtimes	Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Produção do Produto e Ensaios no Produto Quality Management System Evaluation of the Product Production Process and Product Test Model
	Modelo Ensaio de Lote Lot Test Model
	Modelo Situações Especiais para Produtos Importados Special Situations for Imported Products Model

CERTIFICADO DE ORIGEM EMITIDO NO EXTERIOR / ORIGINAL CERTIFICATE ISSUED ABROAD:

FTZÚ 08 ATEX 0340X, Supplement No. 15, 2014-12-05

LABORATÓRIO DE ENSAIOS / TESTING LABORATORY:

Physical technical test Institute, Ostrava-Radvanice - FTZÚ Pikartská 7. 716 07 Ostrava Radvanice – CZ

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / PRODUCT DESCRIPTION:

O ALTAIR 5X é um equipamento portátil de mão, alimentado por baterias, projetado para monitorar a concentração de gases no ar ambiente ou em locais de trabalho através de uma barreira de difusão ou uma bomba interna de amostragem. Equipamento disponível com no máximo quatro sensores e pode exibir leituras para 5 tipos de gases.

O sensor catalítico possui proteção contra explosão Ex "d" através de seu invólucro à prova de explosão. O ALTAIR 5X dispõe de alarmes sonoro, visual e tátil quando a concentração pré-determinada de um gás é detectada. O ALTAIR 5X é composto por quatro placas de circuito impresso nas quais todos os componentes eletrônicos são dispostos. As placas de circuito impresso e o display são montados dentro de um invólucro plástico anti-estático.

O ALTAIR 5X é fornecido:

- Com uma (1) bateria recarregável encapsulada de íons de lítio de 3,7 V Panasonic modelo CGR18650DA que pode ser recarregada através de carregadores produzidos para este equipamento pela MSA ou,
- Com três (3) baterias alcalinas internas de 1,5 V do tamanho "AA", substituíveis pelo usuário, que podem ser dos modelos:
 - Varta High Energy 4906, LR6, MN1500
 - o Energizer HP7 Stilo, E91, LR6, MN1500
 - o Duracell LR6, MN1500
 - o Panasonic/Sanyo, UR18650A

The ALTAIR 5X is a portable, battery operated, hand-held device designed to monitor gases in ambient air and in the workplace via a diffusion barrier or internal sample draw pump. It is available with a maximum of four sensors which can display readings for five gases.

The catalytic bead sensor has an explosion protection "flameproof enclosure". The ALTAIR 5X provides audible, visual and tactile alarms when predetermined levels of pertinent gas concentrations have been detected. The ALTAIR 5X comprises four printed circuit boards on which all of the electronic components are mounted. The PCBs and display are mounted inside a static dissipative molded plastic enclosure.

The ALTAIR 5X is supplied:

- By one (1) encapsulated rechargeable 3,7 V lithium-ion battery type Panasonic CGR18650DA which may be charged from chargers made by MSA for use with this instrument or,
- By three (3), self-contained, user-replaceable size "AA", 1,5 V alkaline batteries which may be of types:
 - o Varta High Energy 4906, LR6, MN1500
 - Energizer HP7 Stilo, E91, LR6, MN1500Duracell LR6, MN1500
 - o Panasonic/Sanyo, UR18650A

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 12.0061X

Página / Page 3/6

MARCAÇÃO DO EQUIPAMENTO					
MARCAÇÃO	OBSERVAÇÃO				
Ex ia I Ma	Quando o sensor Xcell de gás combustível não está instalado.				
Ex ia IIC T* Ga	Quando o sensor Xcell de gás combustível não está instalado.				
Ex d ia mb IIC T* Gb	Quando o sensor Xcell de gás combustível está instalado.				

CLASSE DE TEMPERATURA					
BATERIA INSTALADA	CLASSE DE TEMPERATURA (T*)				
Varta High Energy 4906, LR6, MN1500	T3				
Energizer HP7 Stilo, E91, LR6, MN1500	T3				
Panasonic CGR18650DA	T4				
Panasonic / Sanyo UR18650A	T4				
Duracell LR6, MN1500	T4				

EQUIPMENT MARKING				
MARKING	REMARKS			
Ex ia I Ma	When Combustible Xcell Sensor is not installed.			
Ex ia IIC T* Ga	When Combustible Xcell Sensor is not installed.			
Ex d ia mb IIC T* Gb	When Combustible Xcell Sensor is installed.			

TEMPERATURE CLASS				
BATTERY INSTALLED	TEMPERATURE CLASS (T*)			
Varta High Energy 4906, LR6, MN1500	T3			
Energizer HP7 Stilo, E91, LR6, MN1500	Т3			
Panasonic CGR18650DA	T4			
Panasonic / Sanyo UR18650A	T4			
Duracell LR6, MN1500	T4			

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

Máxima Tensão de Carga U _m :	6,7 V
COLINITE IN COL	
Maximum Charger Voltage U _m :	6,7 V

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 12.0061X

Página / Page 4/6

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE UTILIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS EX OU LISTA DE LIMITAÇÕES PARA COMPONENTES EX:

SPECIFIC CONDITIONS OF USE FOR EX EQUIPMENT or SCHEDULE OF LIMITATIONS FOR EX COMPONENTS:

- O ALTAIR 5X deve ser recarregado e aberto somente em área não classificada.
- Caso o fundo de escala do sensor de gás combustível seja ultrapassado, o equipamento deve ser exposto a ar limpo por no mínimo 20 minutos e somente então o procedimento de configuração de ar limpo deve ser realizado.
- O tempo de preparação para oxigênio é de até 180 segundos.
- Os pontos de alarmes programados não são aplicáveis para medição de inertização de oxigênio e devem ser levados em consideração.
- The ALTAIR 5X shall only be charged and opened in a non-hazardous area.
- In event of combustible sensor over-range the equipment shall be exposed to fresh air for 20 minutes minimum and then the fresh air setup procedure shall be done.
- The warm-up time for oxygen is up to 180 seconds.
- The alarm set points are not applied for measuring oxygen inertization and it shall be taken into account.

ENSAIOS DE ROTINA / ROUTINE TESTS:

Nenhum / None

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 12.0061X

Página / Page 5/6

OBSERVAÇÕES / OBSERVATIONS:

- **1.** A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações e previstas nos procedimentos específicos.
- 2. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) mencionada(s) neste certificado.
- Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.
- **4.** Os equipamentos devem ser instalados em atendimento ás Normas pertinentes em Instalações Elétricas em Atmosferas Explosivas, ABNT NBR IEC 60079-14.
- 5. As atividades de instalação, inspeção, manutenção, reparo, revisão e recuperação dos equipamentos são de responsabilidade dos usuários e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com as recomendações do fabricante.
- 6. É de competência do solicitante estabelecido fora do país notificar o representante legal para fins de comercialização no Brasil, importador ou o próprio usuário sobre as responsabilidades e obrigações prescritas na Cláusula 10 da Portaria 179:2010.
- The validation of this certificate depends on the surveillance inspections conduction and possible non-conformity treatment, according to UL do Brasil Certificações information and specific procedures.
- 2. This certificate applies to the products that are identical to the prototype investigated, certified and manufactured at the production site(s) mentioned in this certificate.
- 3. Any changes made on the product, including marking, will invalidate this certificate unless UL do Brasil Certificações is notified, in written, about the desired change, who will conduct an analyzes and will decide over the continuity of the certificate validity.
- 4. The equipment shall be installed according to the relevant Standards in Electrical Installation for Explosive Atmospheres, ABNT NBR IEC 60079-14.
- 5. The installation, inspection, maintenance, repair, review and rebuild equipment activities are responsibility of the end user and must be performed in accordance with the requirements of the standards and manufacturer's recommendation.
- 6. If the applicant is established outside of Brazil it is their responsibility to notify the legal representative for commercial purposes in Brazil, importer or end user of the responsibilities and obligations described in Clause 10 of Portaria 179:2010.

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 12.0061X

Página / Page 6/6

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO, LISTA DE DOCUMENTOS DE CERTIFICAÇÃO* E HISTÓRICO DE REVISÕES / EVALUATION REPORT, CERTIFICATION DOCUMENTATION LIST* AND REVISION HISTORY:

Data de emissão	Descrição da revisão	Número do projeto	Número da Revisão
Issue Date	Description of revision	Project number	Revision Number
2015-05-07	Revisão das Condições Específicas de Utilização para Equipamentos Ex. Mudança do módulo display. Alteração no firmware. Atualização da faixa de temperature ambiente Atualização das Normas Aplicáveis Revision of the Specific Conitions of Use for Ex Equipment. Change of the display module. Change in the firmware Update of the ambient temperature range Update on Applicable Standards	1968940.418827	
2015-04-10	Renovação de Certificado Certificate Renewal	2319176.568716	3
2014-03-07	 Alteração no firmware. Revisão de software. Inclusão de possibilidade de uso de bateria recarregável alternativa. Change in the firmware. Software revision. Inclusion of the possibility of use of alternative rechargeable battery. 	98770.40047	2
2013-09-13	Atualização do modelo do certificado. Update of certificate template.	SR10349020-T001	1 1
2012-04-11	Emissão inicial Initial issue	11CA55059	0

A última revisão substitui e cancela as anteriores

* The certification documentation list is provided on the confidential documentation of the reference project.

The last revision cancel and substitutes the previous ones

^{*} A lista de documentos de certificação encontra-se na documentação confidencial do projeto de referência.