




防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	1000 Cranberry Woods Drive Cranberry Township PA 16066 United States of America Mine Safety Appliances Co.	
製造者	1000 Cranberry Woods Drive Cranberry Township PA 16066 United States of America Mine Safety Appliances Co.	
品名	マルチガス検知器（携帯用、吸引式）	
型式の名称	ALTAIR 5X	
防爆構造の種類	本体 本質安全防爆構造（i a） 可燃性ガスセンサ 耐圧防爆構造及び本質安全防爆構造（i a）	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	IICT4	
定格	電源 電池パック（Panasonic CGR 18650 DA） DC3.7V 充電端子 許容電圧 DC6.7V 許容電流 1.7A 周囲温度 -40℃～+50℃	
使用条件	酸素濃度の測定においては空気と可燃性ガス又は蒸気及び毒性ガスとの混合物の測定以外には使用しないこと。	
型式検定合格番号	第 TC21253 号	
有効期間	平成27年10月29日 から 平成30年10月28日まで	
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成27年10月29日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長

