



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE15.2296X
Certificate No.

产品名称
Name of Product

便携式多气体检测仪

型号及规格
Type of Product

Altair5X PID

防爆标志
Marking

Ex ia II C T4 Ga; Ex d ia mb II C T4 Gb

技术文件
Technical Documents

/

图号
Drawing No.

/

备注
Note (s)

1. 产品仅用 MSA 认可的 Panasonic UR18650A 3.6V 锂离子电池供电。
2. 产品使用环境温度： $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$ 。
3. 产品外壳防护等级为 IP65。
4. 产品不安装 MSH2ia 和 XCell 传感器时，防爆标志为：Ex ia II C T4 Ga；
产品安装 MSH2ia 和 XCell 传感器时，防爆标志为：Ex d ia mb II C T4 Gb。
5. 制造商：Mine Safety Appliances Co, LLC.
6. 制造商地址：1000 Cranberry Woods Drive Cranberry Townshio Pa
16066 United States of America.

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 3836.4-2010 GB 3836.9-2014

发给：梅思安（中国）安全设备有限公司
Issued to:

本证失效日期：2020-10-30
Date of Expire:

发证日期：2015-10-30
Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址：中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码：300131

电话/传真：022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail:pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>