



Nuevo

ALTAIR QuickCheck

[Sencilla comprobación del ALTAIR y ALTAIR PRO]

El nuevo ALTAIR QuickCheck se ha diseñado para probar los Detectores para un Solo Gas ALTAIR y ALTAIR PRO. Esta económica estación comprueba las alarmas ópticas, acústicas y vibratoria de los detectores, así como la respuesta a una concentración conocida de gas.

Los resultados de la prueba se indican en los tres LEDs: de prueba alarma, prueba gas e indicación final de pasa o falla. El LED verde significa que ha pasado la prueba, el rojo una prueba fallada y el parpadeo ámbar prueba en ejecución. La marca indicativa se muestra en el detector durante 24 horas cuando ha pasado la prueba de comprobación.

El ALTAIR QuickCheck estará disponible con sistema de suministro de gas automático o mediante regulador manual.

- Pruebas de comprobación rápidas y sencillas
- Verificación de alarmas ópticas, acústicas y vibratoria
- LEDs para indicar prueba en ejecución y estado pasa/falla
- Sin mantenimiento
- Tiempo para la prueba inferior a 30 segundos
- Adecuado para todos los Detectores un Solo Gas ALTAIR y ALTAIR PRO

MSA

[Fácil de usar]

La secuencia de pruebas de la Estación ALTAIR QuickCheck consiste en un micrófono que prueba las alarmas acústicas, un comprobador electrónico para las alarmas ópticas y vibratoria y el ensayo de respuesta al gas del detector.

Para probar el ALTAIR o ALTAIR PRO, simplemente pulsar el botón y colocar el detector en la Estación ALTAIR QuickCheck.

La fecha, la hora y el resultado de la prueba quedan registrados en el detector.

Se archivan 25 eventos en el ALTAIR, mientras que el ALTAIR PRO retiene 50 eventos.



[Especificaciones Técnicas]

Peso	245 g
Dimensiones	16.5 x 12.1 x 5.1 cm [A x A x F]
Indicación Visual	LED's para prueba alarmas, prueba gas y pasa/falla
Tiempo de prueba	Menos de 30 segundos
Versiones	Estación de prueba Manual y Automática
Rango Temperatura	0 °C a +40 °C
Grado de Protección	IP 30
Alimentación	115/230 V ca, 50/60 Hz 6 V cc
Certificación	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

[Información para Pedidos]

ALTAIR QuickCheck

Referencia.	Versiones	Incl. Regulador
10076693	O ₂ , CO, H ₂ S – Manual ^[1]	No
10076705	O ₂ , CO, H ₂ S – Automática	Si

^[1]Para la versión manual de la Estación ALTAIR QuickCheck, deben adquirirse por separado un regulador manual [Referencia. 478359] y el tubo conexión [Referencia. 10077384].

[Accesorios]

10049410	Fuente Alimentación Vehículo
10077384	Tubo conexión
10075893	Sistema automático suministro de gas
478359	Regulador Manual
710386	Soporte para una botella

[Botellas Gas Prueba]

Referencia.	Sensores	Concentración Gas
10011727	H ₂ S	40 ppm
10073231	CO	60 ppm
10081672	O ₂	5 %



Su contacto directo

┌

┐

MSA Española, S.A.U.
Narcís Monturiol, 7
Pol. Ind. del Sudoeste
E-08960 Sant-Just Desvern
[Barcelona]
Tel: +34 [93] 372 51 62
Fax: +34 [93] 372 66 57
E-mail: info@msa.es
Web: www.msa.es

Delegaciones

Centro: [91] 413 31 43/44
Norte: 639 35 03 33
Sur: [95] 412 65 84
639 35 03 32
Levante: [96] 326 89 22
620 24 16 55

└

┘

Sujeto a cambio sin aviso previo
ID 08-529.8 ES/00/12.06/pdf

