

## Matriz de selección (ATO)

Seleccione los códigos opcionales para configurar el equipo y escríbalos en las casillas de la derecha.

<b>A</b>	<b>TIPO DE INSTRUMENTO</b>	El detector de gases múltiples ALTAIR 4X MSHA viene con los nuevos sensores XCell de MSA y presenta la función MotionAlert (alarma de hombre caído). Seleccione el color del armazón del instrumento; seleccione la letra <b>C</b> para el color carbón, o la letra <b>G</b> para la versión fosforescente.	<b>Tipo de instrumento</b> Color carbón Fosforescente	<b>Código</b> C G	<b>Selección</b>
<b>B</b>	<b>SENSOR DE COMBUSTIBLE</b>	Si desea instalar un sensor de combustible optimizado para metano en su nuevo detector de gases múltiples ALTAIR 4X, seleccione la letra <b>C</b> . De lo contrario, seleccione <b>0</b> .	<b>Sensor de combustible opcional</b> Ninguno Metano 0-5% vol.	<b>Código</b> 0 C	<b>Selección</b>
<b>C</b>	<b>SENSOR DE OXÍGENO</b>	Si desea instalar un sensor de oxígeno, seleccione la opción <b>1</b> . De lo contrario, seleccione <b>0</b> .	<b>Sensor de oxígeno opcional</b> Ninguno 0-30%	<b>Código</b> 0 1	<b>Selección</b>
<b>D</b>	<b>SENSOR TÓXICO</b>	Para configurar su nuevo detector de gases múltiples ALTAIR 4X, seleccione <b>0</b> si no desea instalar un sensor tóxico. Seleccione <b>A</b> si desea los sensores de CO y H <sub>2</sub> S, seleccione <b>B</b> para el sensor de CO, <b>C</b> para el sensor de H <sub>2</sub> S, <b>D</b> para el sensor de CO y NO <sub>2</sub> , y <b>E</b> para el sensor de NO <sub>2</sub> .	<b>Sensor tóxico opcional</b> Ninguno 0-1999 ppm CO y 0-200 ppm H <sub>2</sub> S 0-999 ppm CO 0-200 ppm H <sub>2</sub> S 0-1999 ppm CO y 0-50 ppm NO <sub>2</sub> 0-100 ppm NO <sub>2</sub>	<b>Código</b> 0 A B C D E	<b>Selección</b>
<b>E</b>	<b>TOMA DE CORRIENTE</b>	Seleccione la toma de corriente adecuada para su región. Añada un soporte para asegurar el instrumento de manera apropiada al cargarlo en una repisa o en un vehículo.	<b>Tomas de corriente opcionales</b> Ninguna Para Norteamérica Para Norteamérica con soporte	<b>Código</b> 0 N M	<b>Selección</b>
<b>F</b>	<b>ETIQUETA DE APROBACIÓN</b>	El detector de gases múltiples ALTAIR 4X está aprobado por MSHA.	<b>Etiqueta de aprobación opcional</b> MSHA	<b>Código</b> M	<b>Selección</b> M
<b>G</b>	<b>GARANTÍA EXTENDIDA</b>	MSA ofrece una garantía completa de 3 años para el detector de gases múltiples ALTAIR 4X, que cubre los sensores, las baterías y los componentes electrónicos. Seleccione <b>1</b> para añadir un año más a la garantía (para un total de 4 años).	<b>Garantía extendida opcional</b> Garantía estándar de tres años Garantía extendida (un total de cuatro años)	<b>Código</b> 0 1	<b>Selección</b>

### Número de parte de su modelo

Escriba los códigos seleccionados arriba en las casillas correspondientes y póngase en contacto con su distribuidor de productos de seguridad para ordenar.

Selección    **A**    **B**    **C**    **D**    **E**    **F**    **G**

A-ALT4X-  -  -  -  -  -  -  -