



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CE18.2147
Certificate No.

产 品 名 称
Name of Product 天鹰通用采样泵

型 号 及 规 格
Type of Product ALTAIR PUMP PROBE

防 爆 标 志
Marking Ex ia II C T4 Ga

技 术 文 件
Technical Documents Q/320500INQ27-2013

图 号
Drawing No. AP10150031

备 注
Note (s)

1. 产品仅用 SANYO UF103450PN 3.7V 1880mAh 锂离子电池供电。
2. 产品使用环境温度： $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$ 。
3. 产品外壳防护等级为 IP65。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010

发 给: 梅思安(中国)安全设备有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2023-05-21
Date of Expire:

发证日期: 2018-05-21
Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

国家防爆产品质量监督检验中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(TianJin)

注:本证仅对与送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址:中国天津市丁字沽三号路85号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail:pcec@pcec.com.cn

邮政编码:300131

电话/传真:022-26651066/26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

<http://www.pcec.com.cn>