



# Certificado de Conformidade Ex

Ex Certificate of Conformity

## Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Produção e Ensaios no Produto

Model with Assessment of Quality Management System of Production Process and Test on Product

Certificado Nº:  
Certificate Nº:

NCC 12.1178 X

Revisão/issue nº.: 5

Data de emissão inicial:  
Initial issued date:

18/07/2013

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4  
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

Data de validade:  
Validity date:

23/08/2022

Solicitante:  
Applicant:

**General Monitors Inc.**  
26776 Simpatica Circle, Lake Forest, CA 92630, Estados Unidos

Fabricante:  
Manufacturer:

**General Monitors Inc.**  
26776 Simpatica Circle, Lake Forest, CA 92630, Estados Unidos

Produto:  
Product:

**Detector de chama FL4000H**

Marca Comercial:  
Trademark

N/A

Tipo principal de proteção:  
Main type of protection:

**d, t**

Marcação:  
Marking:

Ex d IIC T5 Gb  
Ex tb IIIC T100 °C Db IP66/67  
(- 40 °C ≤ T<sub>amb</sub> ≤ + 80 °C)

Aprovado para emissão em conformidade com o regulamento e normas aplicáveis

Organismo de Certificação:

Approved for issue in conformity with rule and applicable standards  
Certification body:

Posição:  
Position:

Wilson Bonato  
Gerente Técnico  
Technical Manager

Certificado emitido conforme requisitos da avaliação da conformidade de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, anexo às Portarias Inmetro nº. 179 de 18 de maio de 2010, nº. 270 de 21 de junho de 2011 e nº. 89 de 23 de fevereiro de 2012

Certificate issued in according to Brazilian requirements attached to INMETRO's Rule nº. 179 issued on May 18<sup>th</sup>, 2010, nº. 270 issued on May 21<sup>th</sup>, 2011 and nº. 89 issued on May 23<sup>th</sup>, 2012

1. Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.  
*This certificate may only be reproduced in full.*
2. Este certificado não é transferível e é de propriedade do organismo emissor.  
*This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body.*
3. A situação e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.  
*The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting the website of the Inmetro.*
4. Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificação acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação.  
*This certificate of conformity was issued by a certification body accredited by Cgcre.*

Certificado emitido por:  
Certificate issued by:

NCC Certificações do Brasil Ltda.  
Acreditação Cgcre nº 0034 (16/10/2003)  
Rua Conceição, nº 233, Campinas, SP, Brasil, CEP 13010-916  
CNPJ nº 16.587.151/0001-28  
[www.ncc.com.br](http://www.ncc.com.br)





# Certificado de Conformidade Ex

Ex Certificate of Conformity

## Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Produção e Ensaio no Produto

Model with Assessment of Quality Management System of Production Process and Test on Product

Certificado Nº:  
Certificate Nº:

NCC 12.1178 X

Revisão/issue nº.: 5

Data de emissão inicial:  
Initial issued date:

18/07/2013

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4  
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

Unidades fabris adicionais:  
Additional manufacturing locations:

**General Monitors Ireland**  
Ballybrit Business Park, Galway, Irlanda

Este certificado é emitido como uma verificação que amostras, representativas da linha de produção, foram avaliadas e ensaiadas e atenderam às normas relacionadas abaixo, e que o sistema de gestão da qualidade do fabricante, relativo aos produtos Ex cobertos por este certificado, foi avaliado e atendeu aos requisitos do Regulamento Inmetro. Este certificado é concedido sujeito às condições previstas no Regulamento Inmetro.

*This certificate is issued as verification that samples, representative of production, were assessed and tested and found to comply with the standards listed below and that the manufacturer's quality management system, relating to the Ex products covered by this certificate, was assessed and found to comply with the Inmetro Regulation. This certificate is granted subject to the conditions as set out in Inmetro Rules.*

### NORMAS:

#### STANDARDS:

O produto e quaisquer variações aceitáveis para ele especificados na relação deste certificado e documentos mencionados atendem às seguintes normas:

*The product and any acceptable variations to it specified in the schedule of this certificate and the identified documents, was found to comply with following standards:*

#### ABNT NBR IEC 60079-0:2013

Versão corrigida em 2016

Atmosferas Explosivas – Parte 0: Equipamentos – Requisitos gerais.

#### ABNT NBR IEC 60079-1:2009

Versão corrigida em 2011

Atmosferas Explosivas – Parte 1: Proteção de equipamentos por invólucro à prova de explosão “d”.

#### ABNT NBR IEC 60079-31:2014

Atmosferas Explosivas – Parte 31: Proteção de equipamentos contra ignição de poeira por invólucros “t”.

As normas relacionadas não se referem aos equipamentos e componentes Ex certificados e utilizados na montagem completa.

Este certificado **não** indica conformidade com outros requisitos de segurança e desempenho elétrico além daqueles expressamente incluídos nas normas relacionadas acima.

*The standards listed does not refer to the certified Ex equipment and components used in the whole assembly.*

*This certificate **does not** indicate compliance with electrical safety and performance requirements other than those expressly included in the standards above listed.*

### RELATÓRIOS DE ENSAIO E AVALIAÇÃO:

#### TEST AND ASSESSMENT REPORTS:

Amostras do(s) produto(s) relacionado(s) passaram com sucesso nas avaliações e ensaios registrados em:

*Samples of the product(s) listed have successfully met the examination and test requirements as recorded in:*

#### Relatório(s) de ensaio:

##### Test report(s):

GB/SIR/ExTR13.0252/00 (SIRA – 09/2013)

GB/SIR/ExTR10.0021/00 (SIRA – 01/2010)

GB/SIR/ExTR10.0268/00 (SIRA – 07/2010)

GB/SIR/ExTR10.0299/00 (SIRA – 10/2015)

GB/SIR/ExTR17.0048/00 (SIRA – 14/03/2017)

#### Relatório de auditoria / Relatório de Avaliação da Qualidade:

##### Audit report / Quality Assessment Report:

Data da auditoria: 17/04/2019 (EUA)

Data da auditoria: 12/02/2019 (Irlanda)



# Certificado de Conformidade Ex

Ex Certificate of Conformity

## Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Produção e Ensaios no Produto

Model with Assessment of Quality Management System of Production Process and Test on Product

Certificado Nº:  
Certificate Nº:

NCC 12.1178 X

Revisão/issue nº.: 5

Data de emissão inicial:  
Initial issued date:

18/07/2013

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4  
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

### DESCRIÇÃO:

#### DESCRIPTION:

Produtos e sistemas abrangidos por este certificado são como segue:

Products and systems covered by this certificate are as follows:

O detector de chama, modelo FL4000H é um dispositivo infravermelho que apresenta no máximo 2,1 W de potência. O invólucro cilíndrico é fabricado de aço inoxidável e possui uma tampa fixada por 5 parafusos M6 classe A2-70. A base do invólucro contém um pino de montagem de aço inoxidável e duas entradas de ¼" NPT, a entrada que não for utilizada é fechada com dispositivo adequado de forma a não invalidar o tipo e o grau de proteção. A tampa possui uma janela de safira e as PCBs referente a partes eletrônicas associadas têm a função de medição.

### Características técnicas:

$$U_n = 24 V_{cc}$$

$$P_{m\acute{a}x} = 4,4 W$$

### Código de Barras (GTIN):

N/A

### CONDIÇÕES DE CERTIFICAÇÃO:

#### CONDITIONS OF CERTIFICATION:

Este certificado é válido apenas para o produto de modelo idêntico ao produto efetivamente ensaiado. Quaisquer modificações no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva do produto, sem a prévia autorização da NCC, invalidarão este certificado.

*This certificate is valid only for the model of product identical to effectively tested. Any changes in the project, and the use of components and / or materials different from those defined by the descriptive documentation of the product, without the prior permission of the NCC, will invalidate this certificate.*

O usuário tem responsabilidade de assegurar que o produto será instalado/utilizado em atendimento às instruções do fabricante e às normas pertinentes em instalações elétricas em atmosferas explosivas.

*The user is responsible for ensuring that the product must be installed / used according the manufacturer's instructions and the relevant standards in electrical installations in explosive atmospheres.*

As atividades de instalação, inspeção, manutenção, reparo, revisão e recuperação dos equipamentos são de responsabilidade dos usuários e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com recomendações do fabricante.

*The installation activities, inspection, maintenance, repair, overhaul and recovery of equipment are the responsibility of users and must be implemented in accordance with the requirements of current technical standards and manufacturer's recommendations.*

Por se tratar de um processo de certificação cujo solicitante não é estabelecido legalmente no Brasil, o mesmo possui um representante legal estabelecido neste país, o qual se responsabiliza em atender aos itens 7 e 10.1 da Portaria Inmetro nº 179 de 18 de maio de 2010.

*This certification process is related to applicant who is not legally established in Brazil, but has a legal representative in this country, who is responsible to meet to items 7 and 10.1 of Inmetro Regulation No. 179 (May 18<sup>th</sup>, 2010).*

Representante(s) legal(is): **MSA do Brasil Equipamento e Instrumentos de Segurança Ltda.**

Legal representative: Av. Roberto Gordon, 138, Diadema, SP, Brasil

CNPJ: 45.655.461/0001-30

### Marcação de advertência:

#### Warning marking:

ATENÇÃO - NÃO ABRA QUANDO UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA PUDER ESTAR PRESENTE.

ATENÇÃO - UNIDADE SELADORA NO MÁXIMO 45 CM DO INVÓLUCRO

ATENÇÃO - UTILIZAR CABO ADEQUADO PARA 85 °C

ATENÇÃO – RISCO DE DESCARGA ELETROSTÁTICA – UTILIZE SOMENTE UM PANO ÚMIDO PARA LIMPEZA



# Certificado de Conformidade Ex

Ex Certificate of Conformity

## Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Produção e Ensaios no Produto

Model with Assessment of Quality Management System of Production Process and Test on Product

Certificado N°:  
Certificate N°:

NCC 12.1178 X

Revisão/issue n°.: 5

Data de emissão inicial:  
Initial issued date:

18/07/2013

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4  
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

### Condições específicas de utilização:

#### Special conditions for safe use:

Um resistor End Of Life (EOL) com a máxima potência de dissipação até 0,6 W pode ser montado no circuito interno ao invólucro. No entanto, este resistor deve ser instalado pelo usuário/instalador em acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante.

A conexão flangeada do detector de chama FL4000H, entre a cobertura da janela e o invólucro principal, pode estar localizada a uma distância não inferior a 9,62 mm de qualquer superfície adjacente, ou é protetor solar quando instalado.

### DOCUMENTAÇÃO CONTROLADA, DESCRITIVA DO PRODUTO (CONFIDENCIAL):

#### DESCRIPTIVE CONTROLLED DOCUMENTS OF THE PRODUCT (CONFIDENTIAL):

Tabela / Table 1 – Documentação descritiva

Identificação Identification	Revisão Issue
70653	J
71295	D
714010	B

Identificação Identification	Revisão Issue
712006	B
71289	J
71297	N

Identificação Identification	Revisão Issue
712004	B
71272	D
MANFL4000NH-BR	P

### REGISTRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE TÉCNICA E DETALHES DE REVISÕES DO CERTIFICADO:

#### TECHNICAL CONFORMITY ASSESSMENT REGISTER AND DETAILS OF CERTIFICATE ISSUES:

Tabela / Table 2 – Histórico do certificado

Revisão Revision	Data de revisão Revision date	Certificado Certificate	Descrição Description	Processo Process	BPM
0	18/07/2013	NCC 12.1178 X	Emissão inicial	18942/12.2	-
1	27/09/2013	NCC 12.1178 X	Correção do número do processo no item "Detalhamento das revisões".	18942/12.2	78679
2	07/01/2015	NCC 12.1178 X	Alteração de documentação descritiva e atualização de normas aplicáveis.	18942/12.2.M1.Rev.02	169227
3	08/09/2016	NCC 12.1178 X	Recertificação do processo 18942/12.2	36687/16.2	301496
4	01/03/2018	NCC 12.1178 X	Revisão na documentação descritiva e inclusão de condição específica de utilização.	18942/12.2.Re1.M1	408973
5	23/08/2019	NCC 12.1178 X	Recertificação.	18942/12.2.Re2	522642