Conectores e Adaptadores das braçadeiras de medição de pressão arterial CRITIKON™

Soluções completas para pressão arterial não-invasiva

O sistema de conexão da GE Healthcare é simples e fácil de implementar.

A GE Healthcare fornece soluções econômicas de padronização e gerenciamento de estoque. Ao padronizar os sistemas de conexão de pressão arterial (Pa), cria-se uma conexão universal para permitir que o mesmo tipo de conexão da manguito de Pa funcione em uma grande variedade de equipamentos de pressão sanguínea não invasiva. Ao consolidar todas as suas compras das braçadeiras Pa em um único fornecedor, o seu Departamento de Compras terá menos pedidos de compra e faturas. E é criado um único ponto de contato para as braçadeiras de medição de pressão arterial Pa, fornecendo a você uma equipe de implementação dedicada.

Os produtos incluídos nesse catálogo não são feitos com látex de borracha natural.



Not made with natural rubber latex

gehealthcare.com.br

Adaptadores de braçadeiras Pa

Conectando a braçadeira Pa a Conectores DINACLICK™ e Neo-Snap™



Y, 1 receptor tipo baioneta macho ao receptor DINACLICK™ fêmea
Compatibilidade: Philips/HP, Siemens, Datascope, Colin

Número da peça 2059291-001 (Qtd.: 10)



Y, 1 receptor submin fêmea ao receptor DINACLICK™ fêmea
Compatibilidade: Protocolo

Número da peça 2059291-002 (Qtd.: 10)



Y, 1 receptor submin macho T ao receptor DINACLICK fêmea
Compatibilidade: Nihon Kohden

Número da peça 2059291-003 (Qtd.: 10)



Y, 1 receptor não-acoplado ao receptor DINACLICK fêmea
Compatibilidade: Não-acoplado

Número da peça 2059291-004 (Qtd.: 10)



Y, 2 receptores tipo baioneta macho ao receptor DINACLICK fêmea
Compatibilidade: Usuário modificado

Número da peça 2059292-001 (Qtd.: 10)



X, 2 receptores submin fêmea ao receptor DINACLICK fêmea
Compatibilidade: GE Marquette

Número da peça 2059292-002 (Qtd.: 10)



X, 2 receptores submin encaixado ao receptor DINACLICK™ fêmea
Compatibilidade: GE Datex-Ohmeda

Número da peça 2059292-003 (Qtd.: 10)



X, 2 receptores de rosca macho ao receptor DINACLICK fêmea
Compatibilidade: DINAMAP

Número da peça 2059292-004 (Qtd.: 10)



Y, 1 plugue slip luer macho ao plugue Neo-Snap macho
Compatibilidade: Philips/HP, Siemens, Datascope, Spacelabs

Número da peça 2059290-001 (Qtd.: 10)



Plugue micro macho a 2 plugues machos Neo-Snap
Compatibilidade: Spacelabs

Número da peça 2059290-002 (Qtd.: 10)



Y, 1 plugue macho canelado 1/8" a plugue macho Neo-Snap
Compatibilidade: Philips, Welch Allyn

Número da peça 2059290-003 (Qtd.: 10)



Y, 1 plugue macho canelado 3/32" para plugue macho Neo-Snap
Compatibilidade: Philips

Número da peça 2059290-004 (Qtd.: 10)



Plugue micro macho ao plugue macho Neo-Snap
Compatibilidade: Spacelabs

Número da peça 2059297-001 (Qtd.: 10)

Adaptadores de braçadeiras PA

Conectando a braçadeira Pa a Luer




Y, 1 Slip Luer macho a 2 Slip Luers fêmeas - Neonatal
Compatibilidade: Philips/HP, Siemens, Datascope, Spacelabs

Número da peça 330049
(Qtd.: 1)



1 plugue micro macho a 1 Luer de travamento fêmea - Neonatal
Compatibilidade: Spacelabs

Número da peça 330088
(Qtd.: 10)



Y, 1 plugue micro macho a 2 Luers de travamento fêmeas - Neonatal
Compatibilidade: Spacelabs

Número da peça 330078
(Qtd.: 10)

Conectando a braçadeira Pa a 2 conectores de rosca fêmeas



Y, 1 conector tipo baioneta macho a 2 conectores de rosca fêmeas
Compatibilidade: Philips/HP, Siemens, Datascope, Colin

Número da peça 330046
(Qtd.: 1)



Y, 1 conector não-acoplado a 2 conector de rosca fêmea
Compatibilidade: Não-acoplado

Número da peça 330048
(Qtd.: 1)

Conectando a braçadeira Pa a 2 não-acoplados



Y, 1 não-acoplado a 2 não-acoplados
Compatibilidade: Não-acoplado

Número da peça 2104081-001
(Qtd.: 1)

Conectando a braçadeira Pa a 2 submins machos



Y, 1 não-acoplado a 2 submins machos
Compatibilidade: Não-acoplado

Número da peça 330084
(Qtd.: 10)



Y, 1 tipo baioneta macho a 2 submins machos
Compatibilidade: Philips/HP, Siemens, Datascope, Spacelabs


Número da peça 330080
(Qtd.: 10)



X, Submin par cruzado a 2 Submins machos
Compatibilidade: GE Datex-Ohmeda

Número da peça 330085
(Qtd.: 10)

Conectores de braçadeiras Pa




ID farpado 5/32” a ID farpado 1/8”, plástico
Compatibilidade: Conector de mangueira de ar

Número da peça 300671 (Qtd.: 10)



ID farpado 5/32” a ID farpado 5/32”, plástico
Compatibilidade: Conector de mangueira de ar

Número da peça 300670 (Qtd.: 10)



Submin fêmea 5/32” a ID farpado, plástico

Compatibilidade: GE, GE Marquette, GE Datex-Ohmeda

Número da peça 330092 (Qtd.: 10)



Rosca macho a ID farpado 5/32”, plástico
Compatibilidade: GE DINAMAP

Número da peça 300664 (Qtd.: 10)



ID farpado 5/32” a tipo baioneta fêmea, metal
Compatibilidade: Philips/HP, Siemens, Datascope, Colin

Número da peça 330060 (Qtd.: 10)



Tipo baioneta macho a ID farpado 3/16”, Metal

Compatibilidade: Philips/HP, Siemens, Datascope, Colin

Número da peça 330059 (Qtd.: 10)



Receptor fêmea 2T DINACLICK a tubulação ID 1/8”, mangueiras lúmen duplo
Compatibilidade: Plugue macho DINACLICK

Número da peça 2059294-001 (Qtd.: 10)



Receptor fêmea 1T DINALICK para mangueiras lúmen único
Compatibilidade: Plugue macho DINACLICK

Número da peça 2055630-001 tubo 1/8” (Qtd.: 10)



Receptor fêmea 1T DINALICK para mangueiras lúmen único
Compatibilidade: Plugue macho DINACLICK

Número da peça 2055630-002 tubo 5/32” (Qtd.: 10)



ID farpado 5/32” a Slip Luer fêmea

Compatibilidade: Universal Neonatal

Número da peça 330068 (Qtd.: 10)



Plugue macho Neo-Snap 2T
Compatibilidade: Fêmeas Neo-Snap

Número da peça 2059293-001 (Qtd.: 10)

Conectores de braçadeiras Pa



Submin macho a ID farpado 1/8", plástico
Compatibilidade: GE, GE Marquette, GE Datex-Ohmeda

Número da peça 330091 (Qtd.: 10)



Submin macho a ID farpado 5/32", plástico
Compatibilidade: GE, GE Marquette, GE Datex-Ohmeda

Número da peça 330090 (Qtd.: 10)



Submin par cruzado a ID farpado 1/8", plástico
Compatibilidade: GE Datex-Ohmeda

Número da peça 330058 (Qtd.: 10)



Submin fêmea 1/8" a ID farpado, plástico
Compatibilidade: GE, GE Marquette, Protocolo

Número da peça 330064 (Qtd.: 10)



ID farpado 1/8" a rosca fêmea, metal
Compatibilidade: GE DINAMAP

Número da peça 300619 (Qtd.: 2)

Plugues de arruelas e anéis de vedação

GE Healthcare fornece os plugues de arruelas que impedem a água de entrar na braçadeira Pa durante a limpeza.



Plugues de arruela para braçadeira de conector submin
Compatibilidade: GE, GE Marquette, Protocolo

Número da peça 330072 (Qtd.: 50)



Plugues de arruela para braçadeira de conector de rosca
Compatibilidade: GE DINAMAP

Número da peça 300877 (Qtd.: 50)



Conjunto de substituição do anel de vedação para o conector do instrumento da mangueira de ar
Compatibilidade: (330073) e mangueiras de ar (107365, 107368, 107366)

Número da peça 330077 (Qtd.: 20)



Plugues de arruela para receptor Neo-Snap fêmea e plugue DINACLICK macho
Compatibilidade: GE

Número da peça 2059295-001 (Qtd.: 50)

Os produtos/tecnologias mencionados neste material estão sujeitos à regulamentação do governo. Seu embarque e efetivacomercialização só poderão ocorrer após a aprovação do regulador.
Os produtos/tecnologias podem estar com nome fantasia distinto do aprovado, sua comercialização ocorrerá sob o nome registrado

A GE Healthcare reserva-se o direito de fazer alterações nas especifcações e nos recursos apresentados neste documento ou de descontinuar o produto descrito em qualquer momento, sem notifcação ou obrigação prévia. Entre em contato com um representante
da GE Healthcare para obter informações mais atuais. GE, o monograma da GE, CRITIKON e DINACLICK são marcas comerciais da General Electric Company. GE Healthcare, uma divisão da General Electric Company. GE Medical Systems, Inc., realizando negócios como GE Healthcare. Colin é uma marca registrada de Colin Medical Instruments. Datascope é uma marca registrada de Datascope Corp. HP é
uma marca registrada de Agilent Technologies. Nihon Kohden é uma marca registrada de Royal Philips Electronics. Protocol é uma marca registrada de Welch Allyn, Inc. Siemens é uma marca registrada de Siemens Medical Solutions. Spacelabs é uma marca registrada de Spacelabs Medical Systems.

© 2021 General Electric Company – Todos os direitos reservados.

JB00553BR