


3M™ Tegaderm™ CHG Chlorhexidingluconat I.V. Portverband

Onkologische Patienten sind anfällig gegenüber Infektionen. Daher sollte man auch bei der Versorgung von Gefäßkathetern den richtigen Verband wählen. Tegaderm™ I.V. Portverbände wurden speziell für Portkatheter entwickelt und bieten sowohl antimikrobiellen Schutz als auch den Komfort, den Ihre Patienten verdienen.



Sichtbarkeit der Einstichstelle

Der transparente Verband mit Gelkissen ermöglicht das frühzeitige Erkennen von Komplikationen an der Einstichstelle.


Konsistente Applikation

Das CHG-Gelkissen und der Verband sind so ausgelegt, dass eine standardisierte, korrekte Applikation sichergestellt ist.¹

Katheterfixierung

Darauf ausgelegt, Katheterbewegung und -dislokation zu minimieren.

3M™ Tegaderm™ CHG Chlorhexidingluconat I.V. Portverband



3M™ Tegaderm™ Chlorhexidingluconat (CHG) I.V. Portverbände

Produktname	Code	Größe	Stück/Packung	Packungen/VE
3M™ Tegaderm™ CHG Chlorhexidingluconat I.V. Portverband	1665R	Mit CHG-Gelkissen: 6,2 cm × 4,9 cm Verband: 12 cm × 12 cm	25 Verbände + Fixierplatten/ Packung	4 Packungen/VE
3M™ Tegaderm™ Transparenter Filmverband mit klebstofffreiem Fenster	1668	Verband: 12 cm × 12 cm	25 Verbände/ Packung	4 Packungen/VE

Wichtiger Sicherheitshinweis zu 3M™ Tegaderm™ CHG Chlorhexidingluconat I.V. Portverbänden

Tegaderm™ CHG I.V. Portverbände nicht bei Frühgeborenen oder Säuglingen unter zwei Monaten anwenden. Der Gebrauch dieses Produktes kann bei diesen Patienten zur Hypersensibilität oder Nekrose der Haut führen. Zur Sicherheit und Wirksamkeit von Tegaderm™ CHG I.V. Portverbänden bei Kindern unter 18 Jahren liegen keine Erkenntnisse vor. Die vollständigen Produktinformationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung (IFU).

¹ Hensler JP, Schwab DL, Olson LK, Palka-Santini M. Growth inhibition of microorganisms involved in CRBSIs by an antimicrobial transparent I.V. dressing containing chlorhexidine gluconate (CHG). Poster session presented at: 19th Annual Conference of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2009; May 16–19, 2009.

² Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011. <http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/bsi-guidelines-2011.pdf>.



Solventum Medical Surgical

AT: MedSurg-AT@solventum.com
CH: MedSurg-CH@solventum.com
GE: MedSurg-GE@solventum.com

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns unter <https://go.solventum.com/IV-Management> oder kontaktieren Sie Ihren Solventum-Vertreter.

© Solventum 2025. Solventum, Das S Logo und Tegaderm sind eingetragene Marken oder Warenzeichen von Solventum oder seinen Tochtergesellschaften. 3M, das 3M-Logo und andere im Besitz von 3M befindliche oder von 3M lizenzierte Marken sind Marken der 3M Company. OMG1526798. Alle Rechte vorbehalten.